

NOTE DE SERVICE

MEMORANDUM

date:	2021 08 06	
à :	Tous les utilisateurs du laboratoire central du site Glen CUSM	
to:	All MUHC Glen Central Laboratory Users	
de:	Dre Julie St-Cyr,	Rebecka Lang
from:	Chef médicale – Biochimie Medical Chief - Biochemistry	Chef de service, Laboratoire central Glen Laboratory manager, Glen Central Laboratory
objet :	Contenants acceptables pour les demandes d'analyse d'urine	
subject:	Acceptable Specimen Container for Urinalysis Requests	


ENGLISH WILL FOLLOW

Veillez noter qu'à partir du **lundi 6 septembre 2021**, le Laboratoire central - site Glen acceptera seulement les échantillons pour analyses d'urine envoyés dans un tube conique approprié. Nous n'accepterons plus les échantillons pour analyses d'urine qui sont envoyés dans les gobelets d'urine.

Please note that as of **Monday, September 6th, 2021**, the Central Laboratory – Glen Site will only be accepting urine specimens for urinalysis testing if they are received in the appropriate conical tube. We will no longer be accepting urine specimens for urinalysis that are sent in urine cups.



Tube conique ACCEPTABLE pour l'analyse d'urine
ACCEPTABLE conical tube for urinalysis



NON ACCEPTÉ pour l'analyse d'urine
NOT ACCEPTED for urinalysis

Commande de tube conique / Conical tube order			
Clients internes - CUSM Internal Clients – MUHC		Client externs (une des options suivantes) External Clients (one of the following)	
Commande Logibec : Logibec order:	GRM # 1002313	Sarstedt	Ultident Scientifique
		Code: 62.9924.293	Code: 11-6293
		Tube 10 ml conique avec bouchon à vis Conical tube 10 ml with screw cap	

Si vous avez des questions, veuillez contacter le Service à la clientèle des laboratoires au 514-934-1934, poste 35687.

If you have any questions, please contact Laboratory Client Services at 514-934-1934 ext 35687.